

Quesito 1

In riferimento al lotto 1, richiedete filtri in fibra di vetro Grade MGG diametro 100 - 103 mm. Questi tipi di filtri (MGG) non esistono del diametro richiesto, ma da 90 o 110 mm, mentre il tipo MGC (FT-3-1103-100) è esistente del diametro 100.

Potreste indicare con certezza quale dei 2 tipi vi occorrono?

Risposta

Questa stazione appaltante ha la necessità di acquisire filtri del tipo MGG con diametro 100 - 103 mm.

Qualora non fossero più disponibili prodotti di questo tipo, saranno accettati anche filtri MGC, purché venga rispettato il requisito relativo al diametro (100 -103 mm).