Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017

SEDUTA del 14 giugno 2023

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.8 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

Verbale tecnico: LOTTO 4: N.1 sistema di estrazione accelerato automatico per solidi

In relazione alla fornitura in oggetto si evidenzia che in data 14 giugno 2023 si è riunita in presenza la Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott. Marco Fontana;
Commissario: Dott.ssa Paola Spagnolo;
Commissario: Tiziana Giampiccolo;

per la verifica delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte:
- Ditta Buchi Italia Srl;
- Ditta Thermo Fisher Scientific SpA

per l'affidamento della fornitura di n.1 sistema di estrazione accelerato automatico per solidi.

Durante la seduta del 14 giugno 2023 è stata effettuata una prima disamina della documentazione presentata da ogni singolo concorrente e si è proceduto all'organizzazione dei lavori della Commissione.
Sono state lette ed esaminate le due offerte tecniche e si è proceduto alla verifica del rispetto dei requisiti minimi irrinunciabili stabiliti dal capitolato tecnico di gara.

Si conclude la verifica di conformità delle due offerte tecniche presentate e si dichiarano le offerte presentate dagli operatori economici sopra richiamati conformi ai requisiti minimi irrinunciabili previsti dal capitolato tecnico di gara.
La seduta inizia alle ore 10:00 e si conclude alle ore 12:00.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato digitalmente da: Marco Fontana
Data: 24/07/2023 09:31:11

Marco Fontana (Presidente)

Paola Spagnolo (Commissario)

Paola Spagnolo

Tiziana Giampiccolo (Commissario)

Tiziana Giampiccolo

Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017

SEDUTA del 11 luglio 2023

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.8 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

Verbale tecnico: LOTTO 4: N.1 Sistema di estrazione accelerato automatico per solidi

In relazione alla fornitura in oggetto si evidenzia che in data 11 luglio 2023, si è riunita in presenza la Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott. Marco Fontana;
Commissario: Dott.ssa Paola Spagnolo;
Commissario: Tiziana Giampiccolo;

per la verifica delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte:
- Ditta Buchi Italia Srl;
- Ditta Thermo Fisher Scientific SpA

per l'affidamento della fornitura di n.1 sistema di estrazione accelerato automatico per solidi.
La seduta odierna prosegue con la valutazione dei criteri di valutazione premianti e l'attribuzione del punteggio tecnico ai concorrenti, come da tabella che segue:

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PT MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Thermo Fisher Scientific	Buchi Italia
1	Sistema di estrazione accelerata	Pressione Requisito minimo >1400 psi	**5**	Sarà premiato il sistema in grado di operare a pressione più elevata	0,64	5
2	Sistema di estrazione accelerata	Numero di solventi di estrazione con prelievo automatico degli stessi Requisito minimo ≥ 2 solventi	**10**	Sarà premiato il sistema in grado di operare con il maggior numero di solventi	5	10
3	Sistema di estrazione accelerata	Flusso massimo di riempimento Requisito minimo ≥ 40 ml/min	**6**	Sarà premiato il sistema in grado di operare con il Flusso massimo di riempimento più elevato	6	2
4	Sistema di estrazione accelerata	Tempo medio di estrazione di una sessione per 6 celle di volume compreso tra 30 e 50 ml riempite con materiale inerte ognuna estratta con solventi e metodi differenti con 3	**10**	Sarà premiato il sistema in grado di operare nel tempo più breve	1	10

		statiche da 10 minuti da temperatura ambiente a 170°C				
5	Sistema di estrazione accelerata	Tempo medio della fase di pulizia delle linee di caricamento e scarico tra un campione ed il successivo nel caso di campioni contaminati, aventi concentrazioni di analiti di 3 ordini di grandezza differenti	**10**	Sarà premiato il sistema in grado di operare nel tempo più breve	10	1
6	Sistema di estrazione accelerata	Rapporto 10 campioni/tempo di estrazione (in minuti)	**10**	Sarà premiato il sistema in grado di operare con il rapporto maggiore	1	10
7	Materiali consumabili	Quantitativi di materiali consumabili monouso (ad es. filtri) e solventii necessari per estrazione con celle di volume compreso tra 30 e 50 ml riempite con materiale inerte su tre cicli di estrazione con 3 statiche da 10 minuti da temperatura ambiente a 170°C	**5**	Sarà premiato il sistema in grado di operare col minor quantitativo di materiali/solventi	5	0,5
8	Sistema di Gestione informatico	Numero di programmi di estrazione memorizzabili	**4**	Sarà premiato il sistema in grado di memorizzare il maggior numero di programmi	0,4	4
9	Sistema di Gestione informatico	Disponibilità del Manuale di installazione in italiano	**2**	sì	2	2
				no		
10	Sistema di Gestione informatico	Possibilità di definire i metodi di estrazione in remoto su altri terminali con trasferimento successivo sullo strumento tramite connessione USB Opzione aggiuntiva	**4**	si	4	4
				no		
11	Garanzia full risk	Periodo aggiuntivo di garanzia Requisito minimo 24 mesi	**14**	Sarà premiato il piano operativo che assicuri il periodo di garanzia aggiuntivo più lungo	14	4,7
		TOTALE	**80 punti**		**49,04**	**53,2**

I punteggi attribuiti sono i seguenti:

- Ditta Buchi Italia Srl tot. punteggio tecnico **53,2**
- Ditta Thermo Fisher Scientific SpA tot. punteggio tecnico **49,04**

La seduta inizia alle ore 10:00 e si conclude alle ore 12:00.

Letto, confermato e sottoscritto

Marco Fontana (Presidente)

Firmato digitalmente da: Marco Fontana
Data: 26/07/2023 09:43:03

Paola Spagnolo (Commissario)

Paola Spagnolo

Tiziana Giampiccolo (Commissario)

Tiziana Giampiccolo